



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SEÇÃO DE SAÚDE FUNCIONAL

Sra. Coordenadora
Conceição de Maria Correa Amorim
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Aquisição de aparelhos odontológicos

Senhora Presidente,

Considerando o [DESPACHO-CPL - 402024](#), referente ao Pregão 90003/2024, informamos que analisamos as propostas e sugerimos que:

Grupo 1 - MS Comércio de Produtos Odontológicos, CNPJ: 34.325.529/0001-05	
--	--

Item 2	
---------------	--

	“ <u>Kit acadêmico – Schuster</u> ” veio com descrição diferente ao Edital sendo ofertado o “Kit acadêmico – Schuster S4 Classic Led” ao invés do Kit acadêmico – Schuster S4 Push Led que corresponde a descrição do item. Observamos que a proposta do kit não contempla o sistema “PUSH BUTTON” para o contra-ângulo conforme solicitado em edital. Assim solicitamos que a proposta seja adequada para o “ Kit acadêmico – Schuster S4 Push Led ” contemplando a descrição do item.
--	--

Em relação aos demais itens, informamos que estão de acordo com o edital.

Sem mais para o momento, externamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Thátya Thays Sá Marinho
Chefe da Seção de Saúde Funcional

Germana Brito Soares
Analista Ministerial - Odontologia